[Fiche technique]

Aspirateur de mucosités LCSU4 LAERDAL

Réf. 303400

Léger, petit et d’un maniement facile.

Dispositif d'aspiration de mucosités portable.
Adaptable : peut se convertir de la version 300 à la version 800 en moins d'1 minute.
Fiable : équipé d’un récipient à usage unique doté d’un tube d’aspiration coudé et d’un filtre de protection intégré qui permet d'interrompre l'aspiration lorsque le bocal est rempli.
Puissant : doté d’un indicateur de plage pédiatrique et d’un affichage LED qui facilite le processus d’aspiration dans les situations les plus difficiles.
Puissance d’aspiration : jusqu’à 30 l/min — vide 50 - 550+ mmHg.
Alimentation : équipée d’une batterie interne ; cet appareil peut fonctionner ou être chargé directement à partir des sources de courant alternatif (100-240V) ou continu (12-28V). Volume :0,3L

Informations complémentaires

Capacité : 300 ml
Autonomie de la batterie : 45 à 60 min
Temps de charge : jusqu'à 5h
Niveau sonore inférieur à 70 dB.
Tube d’aspiration non stérile / hydrophobe
Régulateur de vide

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Dimensions	18,5 x 26,2 x 8,12 cm
Caractéristiques produit	Capacité : 300 ml Autonomie de la batterie : 45 à 60 min Temps de charge : jusqu'à 5h Niveau sonore inférieur à 70 dB. Tube d’aspiration non stérile / hydrophobe Régulateur de vide
Composition de l'ensemble	1 batterie interne 1 adaptateur/chargeur CA/CC 1 câble CA 1 housse de transport 1 bocal 300 ml gradué tous les 50 ml équipé d’un filtre intégré et d’un tube coudé 1 manuel d'utilisation
Couleur	Jaune, Bleu, Transparent
Alimentation	Batterie rechargeable NiMH. Courant alternatif 110-240 V ou courant continu 12-28 V.
Volume	300 ml
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	1.53 kg
Autonomie	45 à 60 minutes
Garantie	2 ans (hors batterie, hors bocal)
Normes et Certification	Directive RTCA/DO-160G - section 21 catégorie M (batterie).
Indice de protection	IP 33
Entretien	Procéder à un test des dispositif après chaque remontage Test de la batterie tous les 6 à 12 mois
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	90189084
Référence fabricant (MPN)	880061
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 303401 - Bocal 300 ml pour aspirateur LCSU4 Réf. 303402 - Filtre remplacement LCSU4 - Lot de 10 Réf. 303403 - Housse de transport pour LCSU4 300 ml Réf. 303406 - Batterie LCSU4 rechargeable 12V

Photos