[Fiche technique]

Autopiqueur Unistik 3

Réf. 120029

Autopiqueur sécurisé à usage unique.

Autopiqueur universel stérile à usage unique qui offre une façon facile et pratique de tester le niveau de glycémie dans le sang.
Rapide, prêt-à-l'emploi et sécurisé : lancette ultrafine auto rétractable avec un système qui empêche toute réutilisation (risque d'infection écarté).
Technologie de la Zone de Confort qui masque en grande partie la sensation d'inconfort lors du prélèvement sanguin : avec 8 petits picots qui entourent la zone de prélèvement.
Modèle universel : peaux fines (dont enfant) et normales. Autopiqueur à usage unique conçu pour faciliter la vie. Lancette Ultrafine biseautée sur 3 faces.

Informations complémentaires

Stérilisation : Rayonnement ionisants (25KGy).
Forme de l'embase : convexe.
Pénétration maxi : 1,8 mm.
Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm).
Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl.
Mode de destruction : incinération.
Date de péremption : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Owen Mumford
Caractéristiques produit	Stérilisation : Rayonnement ionisants (25KGy). Forme de l'embase : convexe. Pénétration maxi : 1,8 mm. Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm). Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl. Mode de destruction : incinération. Date de péremption : 5 ans.
Couleur	Blanc, Lilas
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Plastique pointe métal- Sans latex
Unité de vente	Boite de 100
Normes et Certification	EN 46001
Instructions d'utilisation	S'utilise en 2 gestes seulement :1- dévisser puis2- prélever (voir mode d’emploi)
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9018390000
Référence fabricant (MPN)	AT1042
Etanche	Non

Photos