

[Fiche technique]

Glucomètre parlant VOX

Réf. 210215

Lecteur de glycémie parlant.

Très simple d’utilisation.
Indique au patient, ORALEMENT, chaque étape à suivre pour calculer son taux de glucose et lui annonce, toujours oralement, le résultat du test en 5 secondes.
Fonction sans codage, qui évite au patient de calibrer son lecteur à chaque utilisation d’un nouveau flacon de bandelettes.
Sûreté d’un résultat fiable à 100 %.
Résultats en 4 langues : français, anglais, espagnol, arabe.

Informations complémentaires

- Volume sanguin 0.5 µl,
- Temps de réaction d'environ 5 secondes,
- 1500 mémoires avec horodatage,
- Extinction automatique,
- Gamme de mesure 20-600 mg/dL,
- Moyenne glycémique sur 7.14 jours.

Caractéristiques techniques

Marque	Vox
Caractéristiques produit	- Volume sanguin 0.5 µl, - Temps de réaction d'environ 5 secondes, - 1500 mémoires avec horodatage, - Extinction automatique, - Gamme de mesure 20-600 mg/dL, - Moyenne glycémique sur 7.14 jours.
Alimentation	2 piles 1.5V AAA
Conforme 10g	Non
Livré avec	1 autopiqueur avec embout transparent, 10 lancettes stériles, 10 bandelettes réactives, 1 solution de contrôle, 2 piles AAA, 1 carnet de suivi, 1 sacoche de transport
Garantie	4 ans
Instructions d'utilisation	Laver vos mains et le site de prélèvement, insérer une bandelette de test, choisir et inciser un site de prélèvement. Une fois l'échantillon de sang récupérer, le résultat est donné oralement 1 seule fois ; si besoin de retrouver la donnée, celle-ci est mémorisée dans le lecteur. Replacer le capuchon du dispositif d'incision et retirer la languette usagée après utilisation.
Entretien	Nettoyé dès qu'il paraît sale, en frottant la partie extérieure du lecteur à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec soit un détergent non aggressif mélangé à de l'eau ou de l'alcool isopropylique (70%) Ne jamais asperger le lecteur avec une solution nettoyante ou encore l'immerger dans un liquide Remplacer toujours les 2 piles en même temps
Classification	Dispositif medical de diagnostic in vitro
Partie du corps	
Code SH	90189084
Référence fabricant (MPN)	3760164736401
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 210216 - Bandelettes pour glucomètre VOX

Photos